Krankenhaushygiene und Infektionsprävention

Datum: 24.09.2026

Mikrobiologisch-hygienische Prüfungen [Flex C]

Norm/Ausgabedatum Hausmethode/Version	Titel der Norm oder des Hausverfahrens (ggf. Abweichungen/Modifizierungen von Normverfahren angeben)	Prüfgegenstand/ Matrix	Prüfungsart (Technik/Methode)
MiQ 22-2018, Kap. 5	Krankenhaushygienische Untersuchungen Teil I - Mikrobiologische Überprüfung der Wirksamkeit von Reinigungs- und Desinfektionsverfahrens von Medizinprodukten *(keine Prüfung und Konformitätsbewertung von Medizinprodukten)*	Bioindikatoren	Kulturelles Verfahren
MiQ 22-2018, Kap. 4	Krankenhaushygienische Untersuchungen Teil I Hygienisch-mikrobiologische Prüfung von flexiblen Endoskopen *keine Prüfung und Konformitätsbewertung von Medizinprodukten)*	Spülflüssigkeiten und Abstriche von Endoskopen	Kulturelles Verfahren, Membranfiltration
MiQ 23-2018, Kapitel 11.4	Mikrobiologische Untersuchungen nach VDI 6022 *(ausschließlich im Bereich Krankenhaushygiene und Infektionsprävention)*	Nährbodenplatten, Abdruckplatten	Kulturelle Verfahren
MiQ 23-2018, Kap.12	Krankenhaus-hygienische Untersuchungen Teil II - Untersuchung von Desinfektionsmittelproben aus Desinfektionsmittel-Dosieranlagen	Desinfektionsmittellösungen	Kulturelles Verfahren Membranfiltration
MiQ 23-2018, Kap. 10	Krankenhaus-hygienische Untersuchungen Teil II - Krankenhaushygienische Umgebungsuntersuchungen *(ausschließlich im Bereich Krankenhaushygiene und Infektionsprävention)*	Nährbodenplatten, Abdruckplatten, Abstrichtupfer	Kulturelle Verfahren

Hausinterne Verfahrensliste Hygieneuntersuchungen im flex. Akkreditierungsbereich D-PL-13243-01-01

Norm/Ausgabedatum Hausmethode/Version	Titel der Norm oder des Hausverfahrens (ggf. Abweichungen/Modifizierungen von Normverfahren angeben)	Prüfgegenstand/ Matrix	Prüfungsart (Technik/Methode)
MiQ 22-2018, Kap. 3.2	Krankenhaushygienische Untersuchungen Teil I - Untersuchung von Wasserproben aus zahnärztlichen Behandlungseinheiten	Kühl- und Spülwasser (Wasser aus Dental-einheiten)	Kulturelle Verfahren
MB-983 / Version 6	Untersuchung wässriger Lösungen von HCU-Geräten	Wässrige Lösungen aus Hypothermie-geräten	Kulturelle Verfahren
MB-984 / Version **6**	Kontrolle von Dampf- und Heißluftsterilisatoren mittels Bioindikatoren in Arztpraxen und Krankenhäusern	Bioindikatoren: Bacillus atrophaeus oder Geobacillus stearothermophilus	Kulturelle Verfahren
MB-1102 / Version 8	Kontrolle von Reinigungs- und Desinfektionsgeräten für Krankenhaus- und Praxisbedarf	Bioindikatoren: mit E. faecium kontaminierte Prüfkörper	Kulturelle Verfahren
MB-1053 / Version **5**	Kontrolle von Dampf-Desinfektionsgeräten mittels Bioindikatoren in Arztpraxen und Krankenhäusern	Bioindikatoren: Bacillus atrophaeus oder Enterococcus faecium	Kulturelle Verfahren
MB-1056 / Version 9	Untersuchung von gewerblichen Spülmaschinen (GSM) nach DIN EN 17735 und DIN 10544 (ausschließlich im Bereich Krankenhaushygiene und Infektionsprävention) (keine Prüfung und Konformitätsbewertung von Medizinprodukten)	Bioindikatoren: mit E. faecium kontaminierte Prüfkörper, Abdruckuntersuchungen, Rodac-Platten, Reinigerflotte (Spüllösungen)	Kulturelle Verfahren
MB-980 / Version 10	Auswertung von Abdruckuntersuchungen	Abdruckuntersuchungen (Rodacplatten)	Kulturelle Verfahren
VA-102 / Version **8**	Differenzierung von Mikroorganismen in der Krankenhaushygiene	Kulturen von Bakterien und Pilzen nach Bebrütung auf Festmedien	Kulturelle Verfahren
MB-1055 / Version 7	Auswertung von Luftkeimuntersuchungen	CA-, CASO- und Sabouraud-Platten nach Sedimentation oder Impaktion von Luftkeimen	Kulturelle Verfahren

Arzneimittel

Biologische Prüfungen [Flex B]

Norm/Ausgabedatum Hausmethode/Version	Titel der Norm oder des Hausverfahrens (ggf. Abweichungen/Modifizierungen von Normverfahren angeben)	Prüfgegenstand/ Matrix	Prüfungsart (Technik/Methode)
MiQ 23-2018, Kap. 9	Krankenhaus-hygienische Untersuchungen Teil II - Mikrobiologische Umgebungsuntersuchungen bei der Herstellung von Arzneimitteln	Nährbodenplatten, Abdruckplatten	Kulturelle Verfahren

Flexibler Akkreditierungsbereich:

[Flex B]: Dem Prüflaboratorium ist, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die freie Auswahl von genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren gestattet (Flexibilisierung nach **Kategorie B)**

[Flex C]: Dem Prüflaboratorium ist, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die Modifizierung sowie Weiter- und Neuentwicklung von Prüfverfahren gestattet (Flexibilisierung nach **Kategorie C**).

Verwendete Abkürzungen:

DIN Deutsches Institut für Normung e.V.
EN Europäische Norm
HCU Heater-Cooler-Unit
IEC International Electrotechnical Commission
ISO International Organization for Standardization
MB Hausverfahren der KBS
MiQ Mikrobiologisch-Infektiologische Qualitätsstandards
VA Hausverfahren der KBS
VDI Verein Deutscher Ingenieure e.V.

Darstellung von Änderungen: in blauer Schriftfarbe und in Fettschrift

Stand: 24.09.2026